

Технические характеристики:

| | |
|--|------------------------------|
| Габаритные размеры, не более мм. | 600 x 900 x 1080 |
| Модуль подвода воды, не более мм. | 130 x 750 x 500 |
| Емкость баков: | |
| Вода, л. не менее | 15 |
| Детергент, л., не менее | 5 |
| Дезинфектант 1 бак, л не менее | 15 |
| Концентрированный дезинфектант, л. не менее | 5 |
| Водный растров спирта , л., не менее | 5 |
| Диапазоны дозирования: | |
| Дезинфектанта, мл | от 0 до 250 |
| Детергента, мл | от 0 до 250 |
| Сушка спиртом, мл | от 0 до 250 |
| Диапазон установки значений таймера | |
| Промывка водой | от "00:00:00" до " 23:59:59" |
| Детергент | от "00:00:00" до " 23:59:59" |
| Дезинфектант | от "00:00:00" до " 23:59:59" |
| Сушка воздухом | от "00:00:00" до " 23:59:59" |
| Разъемы подключения в кювете | |
| Для двух эндоскопов | 6 подключений |
| Слив | |
| Принудительный слив, для канализации | 1 подключение |
| Принудительный слив, для растворов | 5 подключений |
| Тип электропитания | |
| однофазное 220 ± 10% (50 /60 ГЦ) В, с заземлением | |
| Максимальная номинальная мощность, Вт | 1800 |